

ÍTEM: 1	OXIMETRO DE PULSO	CANTIDAD: 10 PIEZA
MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	MODELO: : (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	
PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE (2022))	
<b>I. REQUISITOS BASICOS:</b>		
<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b>		
<b>GENERALES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUIPO PORTÁTIL O DE ESTACION</li> <li>• PARA DIAGNOSTICO EN PACIENTES ADULTOS</li> <li>• INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA.</li> <li>• RANGO DE PACIENTE ADULTO-PEDIÁTRICO O MEJOR</li> <li>• DURACIÓN A DE BATERÍA MAYOR A 4 HORAS</li> <li>• RANGO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO</li> <li>• RANGO DE FRECUENCIA DE PULSO</li> <li>• RANGO DE RESOLUCIÓN %SPO2 ±2 / FRECUENCIA DE PULSO ±2 LPM O MEJOR</li> </ul> <b>PANTALLA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PANTALLA LCD O MEJOR</li> <li>• VISUALIZACIÓN DE MEDICION EN TIEMPO REAL</li> <li>• ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS</li> </ul>		
<b>ACCESORIOS REQUERIDOS</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OXÍMETRO DE PULSO CON ESTUCHE</li> <li>2. SENSOR DE OXIMETRÍA ADULTO O MEJOR</li> <li>3. CARGADOR DE BATERÍA</li> <li>4. CABLE DE PODER</li> <li>5. MANUAL DE USUARIO</li> <li>6. GUÍA DE USO RÁPIDO</li> </ol>		
<b>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</li> <li>• <b>MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES:</b> MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ ENTREGAR EL <b><u>MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y DIGITAL</u></b>, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN.</li> </ul>		
<b>RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION</li> <li>• PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS HABILIS, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.</li> <li>• LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PROVEER TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO</li> <li>• CAPACITACION: EN EL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO, SI ASI LA INSTITUCION LO REQUIERA</li> </ul>		
<b>GARANTIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO <b>ES NUEVO</b> (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE <b>EN LA RECEPCION</b> DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION)</li> <li>• GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON <b>COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO</b> EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA <b>NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD</b></li> <li>• GARANTÍA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES</li> </ul>		

<b>ÍTEM: 3</b>	<b>PULSIOXIMETRO</b>	<b>CANTIDAD: 1 PIEZA</b>
<b>MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)</b>		<b>MODELO: : (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)</b>
<b>PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)</b>		<b>AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE (2022))</b>
<b>II. REQUISITOS BASICOS:</b>		
<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b>		
<b>GENERALES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUIPO PORTÁTIL O DE ESTACION</li> <li>• PARA DIAGNOSTICO EN PACIENTES PEDIATRICOS Y NEONATAL</li> <li>• INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA.</li> <li>• RANGO DE PACIENTE ADULTO-PEDIÁTRICO O MEJOR</li> <li>• DURACIÓN A DE BATERÍA MAYOR A 4 HORAS</li> <li>• RANGO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO</li> <li>• RANGO DE FRECUENCIA DE PULSO</li> <li>• RANGO DE RESOLUCIÓN %SPO2 ±2 / FRECUENCIA DE PULSO ±2 LPM O MEJOR</li> </ul>		
<b>PANTALLA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PANTALLA LCD O MEJOR</li> <li>• VISUALIZACIÓN DE MEDICION EN TIEMPO REAL</li> <li>• ALARMAS VISUALES Y AUDITIVAS</li> </ul>		
<b>ACCESORIOS REQUERIDOS</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>7. OXÍMETRO DE PULSO CON ESTUCHE</li> <li>8. SENSOR DE OXIMETRÍA ADULTO O MEJOR</li> <li>9. CARGADOR DE BATERÍA</li> <li>10. CABLE DE PODER</li> <li>11. MANUAL DE USUARIO</li> <li>12. GUÍA DE USO RÁPIDO</li> </ol>		
<b>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA <b>PROPUESTA</b> EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</li> <li>• <b>MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES:</b> MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA <b>RECEPCIÓN</b> DEBERÁ ENTREGAR EL <b><u>MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y DIGITAL</u></b>, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN.</li> </ul>		
<b>RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION</li> <li>• PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS HABILIS, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.</li> <li>• LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PROVEER TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO</li> <li>• CAPACITACION: EN EL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO, SI ASI LA INSTITUCION LO REQUIERA</li> </ul>		
<b>GARANTIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO <b>ES NUEVO</b> (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE <b>EN LA RECEPCION</b> DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION)</li> <li>• GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON <b>COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO</b> EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA <b>NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD</b></li> <li>• GARANTÍA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES</li> </ul>		

<b>ÍTEM: 4</b>	<b>TENSIOMETRO</b>	<b>CANTIDAD: 3 PIEZA</b>
<b>MARCA:</b> (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)		<b>MODELO:</b> (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)
<b>PAÍS DE FABRICACIÓN:</b> (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)		<b>AÑO FABRICACIÓN:</b> (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE))
<b>III. REQUISITOS BASICOS:</b>		
<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PARA PACIENTES ADULTOS.</li> <li>2. PARA LA DETERMINACION DE LA PRESION ARTERIAL DE PACIENTES PEDIATRICOS,</li> <li>3. ESCALA GRADUADA DE 0 A 250mmHgO MEJOR.</li> <li>4. DE TIPO RELOJ, CON INDICADOR EN BASE DE LINEA CERO</li> <li>5. PRECISION DE MEDIDA DE PRESION <math>\pm 3\text{mmHg}</math> O MEJOR</li> <li>6. MANGUERAS O TUBOS DE ESPIRAL LIBRES DE LATEX, RESISTENTE Y REUSABLE CON LONGITUD MINIMO DE 100 CM.</li> <li>7. BRAZALETES ADULTO DE TALLA M, 27 A 35 CM O MEJOR, CON BOLSA Y FORRO RESISTENTE Y REUSABLE, CON AJUSTE DE TIPO VELCRO</li> <li>8. CARRITO DE TRANSPORTE CON CANASTILLO</li> </ol>		
<b>ACCESORIOS REQUERIDOS</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>13. 1 (UNA) PIEZA BRAZALETE DE TAMAÑO ADULTO</li> <li>14. 1 (UNA) PIEZA BRAZALETE DE TAMAÑO ADULTO OBESO</li> <li>15. 2 PERILLAS DE INSUFLACION CON VALVULA DE ALIVIO DE TIPO ROSCA</li> <li>16. CARRITO DE TRANSPORTE</li> </ol>		
<b>DOCUMENTACIÓN TÉCNICA</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</li> </ul>		
<b>RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION</li> <li>• PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.</li> <li>• LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PROVEER TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO</li> <li>• CAPACITACION: EN EL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO, SI ASI LA INSTITUCION LO REQUIERA</li> </ul>		
<b>GARANTIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO <b>ES NUEVO</b> (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE <b>EN LA RECEPCION</b> DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION)</li> <li>• GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON <b>COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO</b> EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA <b>NO MENOR A UN AÑO</b> VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD</li> <li>• GARANTÍA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES</li> </ul>		