


# CONSOLIDADO DE EQUIPAMIENTO REFRIGERACION

ITEM:1 .....	2
REFRIGERADOR DE LABORATORIO.....	2
ITEM:2 .....	3
REFRIGERADOR.....	3

**ESPECIFICACIONES TECNICAS  
REFRIGERADORES LABORATORIO CLINICA  
REGIONAL LA PAZ**

ITEM:1		REFRIGERADOR DE LABORATORIO	CANTIDAD:	3 PIEZA	
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS		PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE	PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD		
El proponente debe mencionar los siguientes datos		Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	NO CUMPLE	CUMPLE	OBSERVACIONES (especificar porque no cumple)
MARCA:	(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)				
MODELO	(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)				
AÑO FABRICACIÓN	(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)				
PAÍS DE FABRICACIÓN:	(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)				
<b>I. REQUISITOS BÁSICOS</b>					
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipo para almacenar y proteger correctamente productos, muestras, sustancias químicas, reactivos, soluciones y otras sustancias termosensibles, a una temperatura de conservación interna entre 2° a 8 °C.</li> <li>- CAPACIDAD: De 400 a 700 LTS</li> <li>- CONTROLES microprocesador, microcontrolador, control digital, con pantalla led o dispar LCD, con opciones de ajuste de temperatura (controles amigables).</li> <li>- MATERIAL: Plancha en acero inoxidable o plástico hospitalario, rejillas en acero inoxidable. ABS para facilitar la limpieza y la descontaminación.</li> <li>- RANGO DE TEMPERATURA: 2 - 8 °C, con un rango de diferencia de control de +/- 0,5 A 1 °C. <i>Opcionalmente equipado con registradora de temperatura en impresora térmica o digital.</i></li> <li>- GAS REFRIGERANTE: Ecológico</li> <li>- LUZ INTERIOR: Luz LED</li> <li>- PUERTA: una sola puerta con switch de seguridad de apertura, visor incorporado preferentemente</li> <li>- ALARMAS: Sistema de alarma de audio y visual para notificar cualquier error en los ajustes de temperatura, puerta abierta y falla del sistema.</li> <li>- BANDEJAS O REJILLAS: De material inoxidable, cantidad 5 o más, de fácil limpieza.</li> <li>- DISTRIBUCION DE TEMPERATURA: Mediante ventilador de trabajo continuo, aire forzado en el interior del refrigerador. Con compartimiento de hielera, preferentemente.</li> <li>- MOVIMIENTO: con 4 ruedas para fácil transporte</li> <li>- REQUERIMIENTOS DE ENERGIA</li> <li>- 220 - 240 VAC, 50 HZ, +/- 10%</li> </ul>					



<b>DOCUMENTACION TECNICA</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>CATALOGO O FICHA TECNICA: ADJUNTAR EL MISMO EN LA PROPUESTA, EN FORMATO FISICO, DE PREFERENCIA EN IDIOMA ESPAÑOL, CON IMAGEN Y DATOS TECNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS</li><li>MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL <b>MANUAL ORIGINAL EN FISICO.</b></li></ul>			
<b>RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACIÓN.</li><li>PLAZO: NO MAYOR A 30 DIAS HABILES.</li></ul>			
<b>GARANTÍAS</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES <b>NUEVO</b> (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS.</li><li>GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA <b>NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD</b></li></ul>			

*Pilar Hurtado*  
**Dra. Pilar Hurtado Castro**  
JEFE DE LABORATORIO  
V.P. H-259 R.C.B.F. LP-2733  
CLINICA REGIONAL LA PAZ  
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

*Ing. José Luis Román M.*  
**INGENIERIA BIOMEDICA**  
Caja de Salud de La Banca Privada  
S.I.B., R.N.L. 9689

ITEM:2		Refrigerador	CANTIDAD:	2 piezas	
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS		PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE	PARA LA CALIFICACION DE LA ENTIDAD		
El proponente debe mencionar los siguientes datos		Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	NO CUMPLE	CUMPLE	OBSERVACIONES (especificar porque no cumple)
MARCA:	(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)				
MODELO	(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)				
AÑO FABRICACIÓN	(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)				
PAÍS DE FABRICACIÓN:	(A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)				
<b>I. REQUISITOS BÁSICOS</b>					
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>					
<b>TIPO Y DISEÑO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION</li> </ul> <b>DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>EQUIPO TIPO VERTICAL</li> <li>CAPACIDAD AL MENOS 90 LITROS O SUPERIOR</li> <li>CERRADURA DE LA PUERTA</li> <li>FLUJO DE AIRE MÚLTIPLE</li> <li>CONTROL DE TEMPERATURA</li> <li>CON ILUMINACION INTERIOR</li> </ul> <b>ACCESORIOS REQUERIDOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PARRILLAS</li> <li>BANDEJAS (SI ASI CORRESPONDE)</li> </ul> <b>REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FUNCIÓN PARA CON RED ELÉCTRICA MONOFÁSICA, 220 - 230 V, 50 HZ. (SI ASI LO REQUIERA)</li> </ul>					
<b>DOCUMENTACION TECNICA</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>MANUAL DE USUARIO: EN CASO DE ADJUDICACION, MAXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCION DEBERA ENTREGAR EL <b>MANUAL ORIGINAL EN FISICO</b>, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR CON LA COPIA DE LA TRADUCCION</li> </ul>					
<b>RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ CLÍNICA REGIONAL, OBRAJES CALLE 2</li> <li>PLAZO: 30 DIAS HABILES</li> </ul>					
<b>GARANTÍAS</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES <b>NUEVO</b> (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN NO MAYOR A DOS AÑOS.</li> <li>GARANTÍA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA <b>NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD</b></li> </ul>					


  
 Ing. Jhoselyn Rosales M.
   
 INGENIERIA BIOMÉDICA
   
 Caja de Salud de La Banca Privada
   
 S.I.B., R.N.L. #6806


  
 Lic. Miriam Hilda Orosco Guzmán
   
 JEFE DE ENFERMERIA
   
 REGIONAL LA PAZ
   
 Caja de Salud de La Banca Privada