

---

## ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

---

### INVITACIÓN PÚBLICA LP-IP-08-2024

“ADQUISICIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS”

#### PRIMERA CONVOCATORIA

En las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada, a horas 11:00 del 03 de julio del año en curso, se realiza la reunión de aclaración de la Invitación Pública LP-IP-08-2024 “ADQUISICIÓN DE PLACAS RADIOGRÁFICAS”- PRIMERA CONVOCATORIA.

La Reunión de Aclaración se realizó con la participación de los siguientes representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada:

- Dr. Nelson Acuña
- Katya E. Maidana Escobar

#### 1. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el plazo de recepción de consultas escritas fue hasta el 01/07/2024 hasta Hrs. 10:00, vía correo electrónico: [katya.maidana@csbp.com.bo](mailto:katya.maidana@csbp.com.bo) y [jose.capa@csbp.com.bo](mailto:jose.capa@csbp.com.bo).

Hasta fecha y hora establecida en el Pliego de Condiciones, no se recibieron consultas escritas.

#### 2. CONSULTAS EN REUNION VÍA ZOOM

En fecha 03/07/2024 a hrs. 11:00 vía zoom se realiza la Reunión de Aclaración y se presentaron los siguientes potenciales proponentes quienes realizaron las siguientes consultas (en sala):

#### EMPRESAS PARTICIPANTES

- SALUR – Dany Rodriguez
- DAGNOSERVICE – Daniel Rojas
- VG EQUIP MED – Marco Gonzalez

#### SALUR S.R.L.

**Consulta 1.** El Ítem N° 2 del Lote 1: Placa Digitales Radiográficas 11x14 (28x35 CM.), se solicita cambiar la medida a 25x30, ya que esta es una medida más comercial y de esta manera permitir la participación de más proponentes.

R.- Se consultará con los Técnicos encargados la posibilidad de realizar el cambio manifestado.

**Consulta 2.** En el Lote N° 2 Placas Radiográficas – Policonsultorio s solicita que las películas deben ser compatibles con el sistema de impresión (Impresora Láser Carestream Health), se solicita eliminar el tipo de impresora y de esta manera ofertar mejores equipos.

**Respuesta.-** La Impresora Láser Carestream Health es propiedad de la Caja de Salud de la Banca Privada – CSBP por lo que no es posible cambiar el tipo de impresora.

 **DAGNOSERVICE**

**Consulta 1.** El Ítem N° 2 del Lote 1: Placa Digitales Radiográficas 11x14 (28x35 CM.), se solicita cambiar la medida a 25x30, ya que esta es una medida más comercial y de esta manera permitir la participación de más proponentes.

**Respuesta.-** Se consultará con los Técnicos encargados la posibilidad de realizar el cambio manifestado.

Sin tener más consultas y/o aclaraciones adicionales, se recomienda considerar los plazos estipulados en el Pliego, al momento de la recepción de propuestas, concluyéndose la Reunión de Aclaración a horas 11:30 del mismo día.

La Paz, 03 de julio de 2024